

附件 2

陕西师范大学学院采购仪器设备需求登记表

一、 采购标的需实现的功能或者目标 对质谱仪进行维修，恢复仪器原有的所有功能。
二、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 无
三、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 1. 更换 MALDI-TOF 质谱仪 (microflex) 氮气激光器，要求如下： 品牌:Lasertechnik Berlin，型号：MNL 100 （106PD） 2. 更换傅里叶变换离子回旋共振质谱仪（solarix XR）sheds 联机组件，要求如下： 品牌：布鲁克，型号：8601760
四、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 1. 维修 MALDI-TOF 质谱仪一次，更换氮气激光器 1 个 2. 维修傅里叶变换离子回旋共振质谱仪一次，更换 sheds 联机组件 1 个 实施时间：合同签订后 7 日内 地点：长安校区致知楼 1124,1123
五、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 1. 必须是布鲁克公司提供的质谱仪维修服务 2. 保修期 3 个月 3. 质保期内，需要 24 小时内做出响应，72 小时内到达现场。
六、 采购标的的验收标准 质谱仪维修后，达到仪器原有的技术指标。

七、 采购标的的其他技术、服务等要求
无